

# Association de Biologie Praticienne

70 avenue des Gobelins 75013 PARIS - Tél : 01 43 31 94 87 - Fax : 01 43 37 39 92

Email : [secretariatbp@orange.fr](mailto:secretariatbp@orange.fr)

Enregistrée à la Préfecture de la Région de l'Île de France, délégation à la formation professionnelle, sous le N°11750 397  
375 SIRET : 321 609 489 00034 - NAF 9499Z

<b>Monsieur François Catalan</b> Expert Consultant chargé de l'exploitation des résultats	<b>Anne-Marie Fihman</b> Responsable scientifique Coordonnateur
--	---

<b>CHLAMYDIAE Confrontation N°01/2016</b>	<b>Rapport final 16/04/2016</b>
---	---------------------------------

Les résultats attendus étaient :

Recherche de Chlamydiae : PRESENCE de PARTICULES SPÉCIFIQUES en quantité limite sur cet échantillon.

Vos résultats figurent dans les tableaux suivants pour les 63 dossiers traités.

## Recherche directe de Chlamydiae

Reactifs	Positif	Ininterprétable	Négatif	Total Général
Cepheid	10			10
Roche Cob 4800	8			8
Roche Cob Taq.	6			6
Hologic	3			3
BD Max	2			2
BD Probetec	1	1		2
BD Viper	1			1
Biocentric	1			1
Biomerieux	1		1	2
All Diag			1	1
Diagenode	1			1
AB analytica			1	1
AA Optima com			1	1
CT/NG/Genit.	1			1
Siemens	1			1
Non Rendu				3
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>44</b>


Sur les 44 réponses enregistrées, 3 n'ont pas effectué cette Recherche ( 6;8%).

Parmi les 41 exprimés, 36 (81,8%) ont rendu un résultat correct; 1 a rendu un résultat ininterprétable et 4 un résultat négatif ( 8,1% ).

Comme il s'agissait d'un échantillon contenant un nombre de particules à la limite de la détection on peut attribuer ce résultat soit à une erreur de pipetage ou à un problème de sensibilité.

### Répartition des réactifs :

Les tableaux qui suivent montrent la répartition des réactifs utilisés pour cette recherche directe de la bactérie.



A bientôt !

F. Catalán