

Association de Biologie Praticienne

70 avenue des Gobelins 75013 PARIS - Tél : 01 43 31 94 87 - Fax : 01 43 37 39 92

Email : secretariatbp@orange.fr

Enregistrée à la Préfecture de la Région de l'Île de France, délégation à la formation professionnelle, sous le N°11750 397 375
SIRET : 321 609 489 00034 - NAF 9499Z

Monsieur François Catalan

Expert Consultant chargé de l'exploitation des résultats

Anne-Marie Fihman

Responsable scientifique
Coordonnateur

CHLAMYDIAE Confrontation N°02/2016

Rapport final 23/06/2016

Les résultats attendus étaient :

Recherche de Chlamydiae : PRESENCE de PARTICULES SPÉCIFIQUES sur cet échantillon. Résultat POSITIF

Vos résultats figurent dans les tableaux suivants pour les 44 dossiers traités.

Recherche directe de Chlamydiae


Reactifs	Positif	Total General
ALL DIAG	1	1
BECKTON DICKINSON Max	2	2
BECKTON DICKINSON Prob.	2	2
Beckton DICKINSON Viper	2	2
BIOCENTRIC	1	1
BIOMERIEUX	2	2
CEPHEID	9	9
Clinisciences AB Analytica	1	1
DIAGENODE	1	1
GENEPROOF	1	1
Hologic APTIMA COMBO	4	4
ROCHE COBAS 4800	8	8
ROCHE COBAS TAQMAN	5	5
SACACE Biotechnologies	1	1
SIEMENS	1	1
Non Fait		3
Total Général	41	44

Sur les 44 réponses enregistrées, 3 n'ont pas effectué cette Recherche (7,3%).

Parmi les 41 exprimés, tous (100%) ont rendu un résultat correct.

Répartition des réactifs :

Les tableaux qui suivent montrent la répartition des réactifs utilisés pour cette recherche directe de la bactérie.



Pour le petit nombre de participants; c'est bien vu !

F: Catalán