

Association de Biologie Praticienne

70 avenue des Gobelins 75013 PARIS - Tél : 01 43 31 94 87 - Fax : 01 43 37 39 92

Email : secretariatbp@orange.fr

Enregistrée à la Préfecture de la Région de l'Île de France, délégation à la formation professionnelle, sous le N°11750 397 375
SIRET : 321 609 489 00034 - NAF 9499Z

Monsieur François Catalan

Expert Consultant chargé de l'exploitation des résultats

Anne-Marie Fihman

Responsable scientifique
Coordonnateur

CHLAMYDIAE Confrontation N°03/2016

Rapport final 3/10/2016

Les résultats attendus étaient :

Recherche de Chlamydiae : ABSENCE de PARTICULES SPÉCIFIQUES sur cet échantillon. Résultat NEGATIF

Vos résultats figurent dans les tableaux suivants pour les 46 dossiers traités.

Recherche directe de Chlamydiae

Réactifs	Negatif	Ininterprétable	Non Répondu	Total General
Non Repondu			6	6
ALL DIAG	1			1
BD MAX	2			2
BD Probetec	1			1
BD Viper	2			2
BIOCENTRIC	2*			2
BIOMERIEUX	2			2
CEPHEID	4*	5		9
CLINICIENCE	1			1
HOLOGIC APT.	4			4
ROCHE Cobas 48	9			9
RocheCobas Taq	4	1		5
Sacace Biotech.	1			1
SIEMENS	1			1
TOTAL	34	6		46


* Résultat négatif mais aussi précisé Non Rendu. Pour l'évaluation il a été tenu compte du résultat.

Sur les 46 réponses enregistrées, 6 n'ont pas effectué cette Recherche (13%).

Parmi les 40 exprimés, tous (100%) ont rendu un résultat correct (Négatif).

Répartition des réactifs :

Les tableaux qui suivent montrent la répartition des réactifs utilisés pour cette recherche directe de la bactérie.



Pour le petit nombre de participants; c'est bien vu !

F: Catalán